

**Spannungsversorgung 24 V 10 A, unterbrechungsfrei**

**Artikelnummer** 596800

**EAN** 4010337058922



Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet.

---

#### **Merkmale:**

- Koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut.
  - Stellt unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung um.
  - Verfügt über einen automatischen Tiefenentladeschutz der Batterie.
  - Automatischer Batterietest.
  - Temperaturgeführte Batterieladung.
  - Integrierte Erdschlussüberwachung.
- 

#### **Hinweise:**

- Stör- und Netzausfallmeldungen:  
Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2
  - Konformität mit:  
IEC 60601-1 2 x MOPP,  
EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1.
  - Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben.
- 

#### **Lieferumfang:**

- Lieferumfang:
- Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive.
  - Das Batteriemodul ist im Lieferumfang enthalten.
-

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:  
System-Steuerzentrale Plus: 5972 00  
Steuerzentrale: 2985 00

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

### ETIM Klasse

EC002971

Systemgerät Klinikinstallation

### ETIM Merkmale:

Zusammenstellung

Basiselement

Ausführung

Netzteil

Art der Spannungsversorgung

Bus-System

Busfähig

2-Draht

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,425	0,285	0,318	12,80